

Hizentra® – infusionsguide

Instruktioner steg för steg

Specialistmottagningar runt om i Sverige kan ha olika rutiner för behandlingen och olika typer av infusionshjälpmedel dvs. pumpar, uppdragningskanyler, sprutor, infusionsnålar etc. I denna instruktion visas några typer av infusionshjälpmedel. Om du har ordinerats andra hjälpmedel, följ de instruktioner du fått på din mottagning.

Till barn i behov av bedövningskräm eller plåster, följ den instruktion du fått på din mottagning.

- 1.** Tvätta händerna med tvål och vatten.




- 2.** Plocka fram rätt mängd Hizentra och de infusionshjälpmedel du blivit ordinerad.




- 3.** Kontrollera att utgångsdatum inte har passerat på flaskorna, att flaskorna är hela och att lösningen är klar. Lyft bort lockhöljet, låt gummimembranet vara kvar på flaskan.




- 4.** Förbered infusionen. Ta bort skyddshylsan från uppdragningskanylen och låt flaskan stå på en plan yta. För ner spetsen på kanylen genom flaskans gummimembran och öppna locket.




- 5.** Fäst sprutan på uppdragningskanylen.




- 6.** Vänd flaskan och uppdragningskanylen upp och ner. Se till att spetsen på kanylen hela tiden är täckt av lösningen. Om du får bubblor i flaskan, vänta några sekunder så minskar de. Fyll sprutan genom att försiktigt dra kolven nedåt. När sprutan är fylld lossa kanylen.




- 7.** Tryck ut luften ur sprutan genom att trycka lätt på kolven tills all luft är ute. Små luftbubblor är inte farligt.




- 8.** Sätt fast infusionsnålens slang på sprutan. Tryck försiktigt fram immunglobulinet så att slangen fylls.




9. Stick in nålen/nålarna i ren hud på magen, låret och/eller skinkan, som du blivit instruerad. Det måste vara minst 5 cm mellan injektionsställena. Undvik att sätta nålen i områden som ömmar, har blåmärken, är röda eller är hårda. Undvik att injicera i områden med ärr eller bristningar.



10. Fixera nålen med tejp.



11a. Det är mycket viktigt att spetsen på nålen inte kommer in i ett blodkärl. Skulle detta hända kan svåra biverkningar uppstå.




Kontrollera att spetsen på nålen inte ligger i ett blodkärl genom att dra sprutans kolv bakåt. Om det kommer blod i slangen vid insticksstället måste du börja om med ny infusionsnål och nytt insticksställe.

Om det kommer blod i slangen vid insticksstället måste du börja om med ny infusionsnål och nytt insticksställe.

11b. Lossa även slangen från sprutan i 15 sek för att kontrollera att det inte kommer något blod. Observera att du ska titta efter blod i slangen närmast nålen, inte uppe vid sprutan. Om inget blod kommer i slangen kan du fortsätta.



12. Sätt fast sprutan på pumpen och starta behandlingen.




13. Ta bort nålen/nålarna när infusionen är klar och sätt på en kompress eller ett plåster. Allt använt material ska slängas på ett säkert sätt, enligt de instruktioner du har fått från din sjuksköterska. Hizentra innehåller inga konserveringsmedel och det är därför viktigt att aldrig återanvända kvarvarande lösning i flaskorna. Glöm ej att dokumentera flaskornas batchnummer samt datum och tid för infusionen.



Friska gärna upp minnet lite då och då genom att läsa denna instruktionsguide igen.

Rapid push

Hizentra kan även administreras utan att använda infusionspump. Detta kallas för rapid push. Om du vill veta mer så diskutera gärna detta med din sjuksköterska.



Hizentra® 200 mg/ml injektionsvätska för subkutan injektion, lösning. Humant normalt immunglobulin (SCIg = subkutant immunglobulin). Hizentra är ett läkemedel som används för att höja låga immunglobulinnivåer i patienters blod till normala nivåer (ersättningsbehandling) samt för att behålla balansen i immunsystem (kallas för immunomodulering). Injicera INTE Hizentra om du är allergisk mot humana immunglobuliner, polysorbat 80 eller L-prolin; om du har hyperprolinemi (en genetisk störning med höga halter av aminosyran prolin i blodet). Injicera inte i ett blodkärl. Tala med din läkare eller sjukvårdspersonal innan du använder Hizentra. Läs noga genom bipacksedeln. CSL Behring AB, Tel +46 8 544 966 70. Denna information grundar sig på bipacksedel 11/2021.

CSL Behring
Biotherapies for Life™